



Руководитель (заместитель руководителя)  
М.П. Федеральная служба по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

230419 Приложение  
к аттестату аккредитации  
№ RA.RU. 311505  
От « 16 » февраля 2016 г.  
на 2 листах, лист 1

## ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,  
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя  
метрологии и испытаний в Республике Дагестан»

(ФБУ «Дагестанский ЦСМ»)

367015, г. Махачкала, ул. Гагарина, дом 17

адрес места осуществления деятельности

368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, дом 5

адрес места осуществления деятельности

368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Тополка, дом 18/2

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

АГ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		Диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
<b>367015, г. Махачкала, ул. Гагарина, дом 17</b>				
<b>Измерения геометрических величин</b>				
1.	Автоколлиматоры	(0 – 10)'	ПГ ± (1,5 – 3,0)''	
<b>Измерения механических величин.</b>				
2.	Регистраторы скорости полета пули	(60-1300) м/с	ПГ ± 1,0 %	
3.	Тахографы автомобильные	(10 – 200) км/ч (0 – 999) км (0 – 24) ч	ПГ ± 3 км/ч ПГ ± 1 % ПГ ± 2 мин за сутки	
4.	Приборы для поверки тахографов	(5 – 200) км/ч (1 – 99999) м (2500 – 25000) имп/км	ПГ ± 0,2 км/ч ПГ ± 0,1 % ПГ ± 5 %	
5.	Системы фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	(20 — 300) км/ч  (5 — 86400) с  Определение геодезических	ПГ ± 1 км/ч  ПГ ± 0,01 с  ПГ ± 5 м	

1	2	3	4	5
		координат		
<b>Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ</b>				
6.	Аспираторы	(0,1 - 25) дм <sup>3</sup> /мин	ПГ ± (5 - 10) %	
<b>368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, дом 5</b>				
<b>Измерения механических величин.</b>				
7.	Весы автомобильные	(0,1 - 80,0) т	ПГ ± (0,5 - 3,0) е	
<b>368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Тополка, 18/2</b>				
<b>Измерения механических величин.</b>				
8.	Весы автомобильные	(0,1 - 80,0) т	ПГ ± (0,5 - 3,0) е	

Директор

должность уполномоченного лица

М.П.



подпись уполномоченного лица

*З. М. Гаджиев*

З. М. Гаджиев

инициалы, фамилия уполномоченного лица